

GRATIS CHECKLIST VOOR PRAKTIJKMANAGERS

KEW-dossier en onderhoud op orde volgens de eisen van de ANVS

U zorgt dat de praktijk draait, ook als er een inspectie aankomt of een unit uitvalt. Met deze checklist ziet u in tien minuten wat goed geregeld is en wat nog aandacht vraagt.

1. KEW-dossier röntgen en stralingsbescherming

Vink aan wat aantoonbaar in het dossier zit. Wat u niet kunt aanvinken, is een actiepunt.

☐	Registratie of vergunning geldig Intraorale röntgen, OPT en eventueel CBCT staan op naam van de praktijk. Uitbesteed? Vraag het bewijs op, want dit gaat het vaakst mis.	Bij aanschaf / wijziging
☐	Stralingsdeskundige (SBD) betrokken Risicoanalyse afgestemd op de huidige behandelkamers en apparatuur, ook na een verbouwing.	Bij elke wijziging
☐	Toezichthoudend medewerker (TMS) opgeleid en bijgeschoold Taken staan op papier, bewijs van opleiding en laatste bijscholing zit in het dossier.	Volgens termijn
☐	Jaarverslag stralingsbescherming Met taken van de TMS, organisatorische wijzigingen en eventuele incidenten.	Jaarlijks
☐	Jaarlijkse keuring van de toestellen Rapport van de laatste keuring aanwezig, actiepunten afgehandeld.	Jaarlijks
☐	Röntgenruimte en toestel afgesloten buiten gebruik Ook na sluitingstijd, bijvoorbeeld voor schoonmakers en andere derden.	Doorlopend

Tip voor de praktijkmanager

Leg het dossier digitaal vast op één plek en zet de jaarlijkse controle als terugkerende afspraak in de praktijkagenda. Zo kunt u bij een inspectie alles binnen vijf minuten laten zien.

Deze checklist is een praktisch hulpmiddel en geen juridisch advies. Wet- en regelgeving en de eisen van de ANVS kunnen wijzigen. Laat de precieze eisen voor uw situatie bevestigen door uw stralingsdeskundige.

✓ 50+ jaar ervaring

✓ KEW-ontzorging

✓ 24/7 servicedesk

✓ Responstijd 4 uur

✓ Laagste prijsgarantie

2. Onderhoud en continuïteit zodat behandelstoelen niet stilvallen

Een uitgevallen unit kost een dag afspraken en veel telefoontjes aan de balie. Deze punten voorkomen dat.

☐	Apparatuuroverzicht compleet Units, röntgen, autoclaaf, compressor, afzuiging: merk, bouwjaar en laatste beurt.	Eenmalig, dan bijwerken
☐	Autoclaaf en thermodesinfector gevalideerd Validatierapporten aanwezig, dagelijkse en wekelijkse testen gelogd.	Jaarlijks
☐	Waterkwaliteit units bewaakt Unitwaterleidingen worden gespoeld en gedesinfecteerd volgens protocol, met registratie.	Dagelijks / periodiek
☐	Onderhoudsplanung voor het hele jaar Alle beurten staan vooruit gepland, buiten de drukke behandeldagen.	Jaarlijks
☐	Storingsprotocol bij de balie Wie belt het team bij uitval, wat is de responstijd, wat doet u met de agenda?	Doorlopend
☐	Vervangingsplan voor units ouder dan 10 jaar Beoordeeld op revisie, inruil of vervanging, met een indicatie van het budget.	Jaarlijks

Uw uitkomst

11-12 aangevinkt

Uw praktijk is goed voorbereid. Houd de jaarplanning vast.

7-10 aangevinkt

De basis staat, maar een inspectie of storing kan u verrassen.

0-6 aangevinkt

Er liggen risico's. Pak de KEW-punten als eerste op.

Minder regelwerk op uw bureau?

Utrecht Dental legt het KEW-dossier aan, voert de jaarlijkse controles uit en plant al het onderhoud voor u. Met een serviceabonnement heeft u een 24/7 servicedesk, een monteur binnen 4 uur bij storingen en voordelige tarieven.

Bel 030-241 01 30 of mail info@utrechtdental.nl voor een vrijblijvende check van uw dossier.

Deze checklist is een praktisch hulpmiddel en geen juridisch advies. Wet- en regelgeving en de eisen van de ANVS kunnen wijzigen. Laat de precieze eisen voor uw situatie bevestigen door uw stralingsdeskundige.